

SUPRA PROBE

Master Mix qPCR – 2X



PB-L
Productos
Bio-Lógicos®

www.pb-l.com.ar

SUPRA PROBE

Master mix qPCR – 2X

Cat. no. EA19

Presentaciones

Contenidos	EA1901 25 µl × 100 reac.	EA1902 25 µl × 500 reac.
Master Mix qPCR 2x (Probe)	1,25 ml	5 × 1,25 ml
ROX 50x (Colorante de Referencia)	50 µl	250 µl
UDG 1U/µl	100 U	500 U
ddH ₂ O libre de DNasas y RNasas	1 ml	5 × 1 ml
Manual	1	1

Almacenamiento

El kit SUPRA PROBE Master Mix qPCR debe ser almacenado a -20 °C, protegido de la luz. Al descongelar los componentes del kit, homogenizarlos con pipeta antes de su uso. Para un uso frecuente, la puede ser almacenada a 2-8 °C por 3 meses. Evitar la excesiva repetición de ciclos de congelación/ descongelación.

Introducción

El Kit SUPRA PROBE (Master Mix qPCR -2X) está especialmente diseñado para realizar Real-time PCR cuantitativa basada en la detección de fluorescencia emitida por hidrolisis de una sonda específica, mediada por la actividad exonucleólisis 5'-3' de la enzima Taq polimerasa. Esta mix contiene todos los componentes necesarios para una reacción de PCR cuantitativa en tiempo real. Solo se debe agregar los *primers*, la sonda y el molde (ADN o ADNc). La Master Mix qPCR (Probe) contiene una enzima Taq ADN

polimerasa *Hot Start* (con actividad *exo 5'-3'*), para disminuir la formación de dímeros de *primers*. Por otro lado, incluye la enzima UDG (*Uracil-DNA Glycosylase*) y una mezcla de dNTPs/dUTP que permite eliminar contaminantes provenientes del arrastre de productos de amplificación. La concentración de sus reactivos ha sido optimizada para obtener máxima sensibilidad y especificidad. Sin embargo, en algunas reacciones la adición de Mg puede mejorar la eficiencia del sistema

Notas Importantes

1. Agitar la Master Mix qPCR *Probe* suavemente por inversión o pipeta y centrifugar brevemente antes del uso. **No usar vortex** y **evitar** la generación de **burbujas**.
2. La pureza y homogeneidad de tamaño de los *primers* y la sonda es muy importante para obtener una alta especificidad en la qPCR. Se recomienda usar *primers* y sondas purificados por PAGE u otro método superior.
3. Típicamente, los mejores resultados de amplificación se obtienen usando una concentración de *primers* de 0,3 μM . Sin embargo, el usuario puede determinar la concentración óptima titulando cada *primer* en el rango de 0,15 μM a 0,5 μM .
4. La concentración de sonda debe ser optimizada para cada reacción, y para cada fluoróforo, generalmente variando entre 0,1 μM y 0,5 μM . Sin embargo, el usuario puede determinar la concentración óptima.
5. Para un volumen de reacción de 20 μl , la cantidad de molde (ADNg o ADNc) necesaria usualmente es menor a 100 ng. Si se usan como molde los productos directos de una transcripción reversa (sin purificar), el volumen correspondiente de la reacción de síntesis de ADNc agregado, no debe superar el 20% del volumen total de la reacción de qPCR.
6. Evitar exponer las sondas de hidrolisis y el colorante de referencia ROX a la luz directa, dado que esto podría afectar el rendimiento de la reacción

Este producto fue desarrollado únicamente para su uso exclusivo en laboratorios de investigación.

Protocolo

<1> Armado de la reacción de Real Time PCR

Nota: El colorante de referencia ROX 50x deben ser almacenados en oscuridad o protegidos de la luz.

1. Descongelar la Master Mix qPCR Probe (si se la almacenó a -20 °C), el colorante de referencia 50x ROX, el molde, los primers, la sonda y el ddH₂O libre de DNasas y RNasas. Equilibrar los reactivos a temperatura ambiente y homogenizarlos antes de usar.
2. Preparar la reacción de acuerdo a la siguiente tabla. Todos los pasos deben ser realizados manteniendo los tubos en hielo.

Componentes	50 µl	25 µl	20 µl	Concentración final
Master Mix qPCR 2x Probe	25 µl	12,5 µl	10 µl	1×
Primer directo (10 µM)	1,5 µl	0,75 µl	0,6 µl	0,3 µM* ¹
Primer reverso (10 µM)	1,5 µl	0,75 µl	0,6 µl	0,3 µM* ¹
Sonda (1 uM)	x µl	x µl	x µl	0,1-0,3 µM
Molde (ADNg o ADNc)* ³	x µl	x µl	x µl	-ng o -pg
Colorante de referencia 50x ROX* ³	x µl	x µl	x µl	Ver tabla de equipos
UDG [1U/ul]	0,2 µl	0,2 µl	0,2 µl	0,2 U
ddH ₂ O libre de RNasas	c.s.p. 50 µl	c.s.p. 25 µl	c.s.p. 20 µl	-

*¹ La concentración final de primer (0,3 µM) es óptima para muchas aplicaciones. Se pueden usar concentraciones mayores si la eficiencia de amplificación no es adecuada. Sin embargo, si se observan productos de amplificación inespecíficos o dímeros de *primers*, pueden probarse concentraciones inferiores (Ver Notas Importantes).

*² Tener en cuenta lo indicado en Notas Importantes.

*3 La concentración óptima del colorante de referencia ROX frecuentemente utilizado en los equipos de Real Time PCR es:

Instrumento	Concentración final
ABI PRISM 7000/7300/7700/7900HT, STEP ONE	1X (por ej. 1 µl ROX 50X/ 50 µl volumen)
ABI 7500, 7500 Fast; Stratagene Mx3000P, Mx3005P and Mx4000,	0.1X (por ej. 0,1 µl ROX 50X/ 50 µl volumen)
Instrumentos de Roche, Bio-Rad y Eppendorf	No es necesario el agregado

Si utiliza equipos de Applied Biosystems, y detecta una alerta o Flag: “BADROX: Bad passive reference signal”, puede ser consecuencia de una elevada amplitud en la señal de fluorescencia. Se recomienda disminuir la cantidad de molde inicial o duplicar la concentración final del reactivo de referencia Rox.

<2> Amplificación

Usualmente, los mejores resultados se obtienen utilizando un ciclado de qPCR en dos pasos. Sin embargo, si esta no otorga resultados adecuados (por ej. amplificaciones inespecíficas causadas por baja concentración de molde o limitada eficiencia de amplificación inducida por valores de Tm bajos), la qPCR en tres pasos es recomendada.

qPCR en dos pasos

Etapas	Ciclos	Temperatura	Tiempo	Paso	Recolección de señal
--------	--------	-------------	--------	------	----------------------

Incubación UDG	1	37 °C	10	1	No
Desnaturalización Inicial	1×	94 °C	5 min	Desnaturalización Inicial	No
PCR	45×	92 °C	15 seg	Desnaturalización	No
		60-65 °C*1	30 seg/ 500 nt	Hibridación/ Extensión	Si

qPCR en tres pasos

Etapas	Ciclos	Temperatura	Tiempo	Paso	Recolección de señal
Incubación UDG	1	37 °C	10	1	No
Desnaturalización Inicial	1×	94 °C	5 min	Desnaturalización Inicial	No
PCR	45×	92 °C	15 seg	Desnaturalización	No
		50-60 °C*2	20 seg	Hibridación	No
		72 °C	30 seg/ 500 nt	Extensión	Si

*1 Una temperatura de Hibridación/Extensión de 60°C es óptima para muchas aplicaciones. Sin embargo, si se necesita una optimización posterior, se pueden probar temperaturas en el rango 60°C a 66°C.

*2 Normalmente, la temperatura de hibridación debe ser 5°C menor que el valor de T_m de los *primers*. Sin embargo, la temperatura de hibridación puede ser optimizada entre 50-66°C para mejorar la performance de la reacción. Se recomienda que la T_m de la sonda se 5°C mayor a la de los *primers*.

3. Cerrar los tubos y mezclar suavemente. Centrifugar brevemente para coleccionar cualquier líquido residual en las paredes y la tapa.

4. Colocar los tubos de PCR en el ciclador térmico y comenzar el ciclado de qPCR.

Guía de Problemas

1. No se detecta señal, o hay una detección tardía de la señal.

Comentarios	Sugerencias
El programa de qPCR no produce los resultados esperados	Modificar el ciclado térmico de acuerdo a los parámetros provistos en este manual.
La concentración de <i>primers</i> /sonda no es la óptima	Ajustar la concentración de <i>primers</i> y/o sonda. Controlar la posible degradación de los mismos en un PAGE. Si es necesario, rediseñar los <i>primers</i> y/o sonda.
Problemas con el molde	Controlar la concentración, condiciones de almacenamiento, y la calidad del molde. Repetir la qPCR usando nuevas diluciones o moldes patrones purificados con mayor calidad.
El diseño de los <i>primers</i> no es óptimo	Revisar el diseño de los <i>primers</i> .
El diseño de la sonda no es óptimo	Revisar el diseño de la sonda.
El producto de qPCR es muy grande	La longitud de los productos no debería exceder los 500 pb. Para obtener resultados óptimos, el rango de tamaño de los productos debería estar entre 100-150 pb.

2. Ausencia de linealidad en la relación CT / cantidad de molde

Comentarios	Sugerencias
-------------	-------------

Funcionamiento erróneo del equipo	Recurrir al manual de instrucciones específico.
Contaminación del molde	Preparar nuevo molde y/o diluciones.
Almacenamiento prolongado de las diluciones de molde	Realizar nuevas diluciones seriadas del molde a partir de la solución stock. Repetir la qPCR con las nuevas diluciones
Excesiva formación de dímeros de primers	Rediseñar los primers
Escasa reproducibilidad	Volumen de reacción muy pequeño. Probar los volúmenes recomendados en el manual de instrucciones.

